

**Rapport de mesure No :**  
**Prüfbericht Nr. :** 8A 2395 701 22  
**Inspection report No. :**

**Objet :**  
**Gegenstand :** DIGITAL CAL 300MM IP67  
**Test piece :**

**Marque :**  
**Marke :** TESA Valueline  
**Brand :**

**Type :**  
**Typ :** 00539393  
**Type :**

**No de série :**  
**Serien Nr. :** 7Y 01701 01  
**Serial No. :**

**Timbre :**  
**Stempe :**  
**Stamp :**



AC 302

## Résultats de mesure Messergebnisse Measurement results

Dimensions contrôlées (mm) :

Verified dimensions (mm) :

Gemessene Maße (mm)

| Measuring results |            |            |            |              |                  |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| Nominal Value mm  | Error 1 µm | Error 2 µm | Error 3 µm | $\bar{x}$ µm | Maximal Error µm |
| 0.0               | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0              |
| 7.7               | -10.0      | -10.0      | -10.0      | -10.0        | 10.0             |
| 52.3              | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0              |
| 72.9              | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0              |
| 103.1             | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0              |
| 200.0             | 20.0       | 20.0       | 20.0       | 20.0         | 20.0             |
| 300.0             | 20.0       | 20.0       | 20.0       | 20.0         | 20.0             |

Petits becs :

Rinq Ø3mm

Rinq Ø10mm

Small jaws :

Kleine Meßschenkel :



N° doc : 354 00405

www.tesabs.ch